

 BF46/02 Platnost od: 3.1.2024	Kalibrační laboratoř AGEL	Strana č.: 1 Celkem stran:1
	DEKONTAMINAČNÍ PROTOKOL	

Dekontaminační protokol vyplňte v případě zaslání vlastní objednávky.

Název a adresa zákazníka (razítko):
Kontaktní osoba:
Telefonní kontakt/e-mail:

Prohlašuji, že zasláná měřidla byla řádně dekontaminována a může se s ním zacházet bez nebezpečí infekčního rizika.

Datum:..... Podpis:.....

Typ měřidla	Výrobní číslo měřidla

Adresa: Laboratoře AGEL a.s., Kalibrační laboratoř AGEL, Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín, **kontakt:** tel. 556 416 253, **e-mail:** radka.janickova@lab.agel.cz, **www.agellab.cz.**
Spolu s pipetou zašlete vámi používaný odpovídající typ špiček. Fixní pipeta 5 ks špiček, variabilní pipeta 10 ks špiček, 8. kanálová pipeta 58 ks špiček, 12. kanálová pipeta 87 ks špiček.
Upozornění: KL neručí za technický stav při převzetí měřidla, které vykazuje známky poškození a na které nebyl zákazníkem upozorněn v objednávce.